

Procedura di gara Aperta telematica per la fornitura triennale di Dispositivi Medici per Circolazione Extra Corporea da destinare alla U.O.C. Cardiocirurgia dell'A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino – *riscontro ai quesiti ricevuti*

<i>Registro di Sistema Quesito</i>	<i>Quesito</i>	<i>Registro di Sistema risposta</i>	<i>Risposta</i>
PI100811-24	Chiediamo conferma che la richiesta delle schede tecniche nel pacco contenente la campionatura (cfr art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto) sia di fatto un refuso, essendo la documentazione tecnica di gara già opportunamente caricata su piattaforma trattandosi di gara telematica.	PI103461-24	Si conferma.
PI100616-24	Chiediamo conferma che l'EDGUE, ovvero il Documento di Gara Unico Europeo in formato nativamente digitale (cfr punto 2 ex Art15 del Disciplinare di gara) da dover produrre in gara sia quello da dover compilare e generare su piattaforma SORESA, non già anche l'EDgUE su piattaforma Europea; Nel caso l'Operatore Economico si troverebbe a dover replicare - benchè su distinte piattaforme- un documento dello stesso contenuto.	PI103463-24	Si conferma.
PI101118-24	In riferimento al lotto 19 si richiede di indicare il numero di monitor / apparecchiature da fornire in dotazione per la partecipazione al lotto.	PI103460-24	In riferimento al lotto n. 19 si specifica che viene richiesta la fornitura di n. 2 (due) apparecchi coagulometri.
PI098860-24	In relazione al lotto 9 siamo con la seguente a richiedere di confermare che il trasduttore richiesto debba essere offerto nella versione singola (una via) e dotato di accessi per effettuare retrocalibrazione. Inoltre si chiede di confermare che gli eventuali cavi da adattare all'apparecchio devono essere forniti in uso gratuito per tutta la durata della fornitura, inclusi di placchette reggi-trasduttore.	PI103465-24	In riferimento al lotto n. 9 si specifica che si richiedono trasduttori singoli (una via) compatibili con cavi già presenti e installati sulle macchine cuore/polmoni Essenz.



PI102204-24	In riferimento al Lotto N. 13 Cannula Gigulo-Polmonare si chiede la possibilità di non fornire campionatura di N. 2 pz. visto l'elevato costo del prodotto. Nel caso la documentazione tecnica presentata in gara non sia sufficiente alla completa valutazione dei prodotti ci rendiamo disponibili ad inviarla successivamente a fronte di Vs. richiesta	PI103459-24	In riferimento al lotto n. 13, si esonera dalla campionatura. La stessa, qualora necessaria, potrà essere richiesta successivamente dalla Commissione Giudicatrice.
PI100612-24	Al di là della richiesta "Documentazione amministrativa priva di dati sensibili (tutta documentazione amministrativa oscurata nei dati sensibili, privi di carte di identità (...)" di cui al punto 12 ex Art.15 Del Disciplinare di gara, CHIEDIAMO CONFERMA che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, incluso le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in quanto sottoscritte con firma digitale, non vadano accompagnate da documento di identità del dichiarante.	PI103464-24	Si conferma.