



“PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI, OCCORRENTI ALLA UOSD GASTROENTEROLOGIA DELL’A.O.R.N. S.G. MOSCATI” – riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute

Registro di Sistema Quesito	Quesito	Registro di Sistema risposta	Risposta
PI099689-24	PER IL LOTTO N.83 CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI PRECISARE IL TIPO DI CONFEZIONAMENTO RICHIESTO E SE IL GEL DEVE TASSATIVAMENTE ESSERE STERILE.	PI103145-24	NON NECESSARIAMENTE STERILE.
PI098626-24	Si chiede per il Lotto 96 che i due sub-lotti vengano scorporati in 2 lotti distinti in quanto si tratta di dispositivi che possono essere usati singolarmente e in situazione diverse. La suddivisione in 2 lotti distinti consentirebbe la partecipazione di tutti gli operatori economici.	PI103149-24	Si conferma quanto previsto negli atti di gara.
PI098929-24	Relativamente al lotto 100 (ultima voce “Capsula per la prova pervietà intestinale”) è stato indicato un prezzo a base d'asta di € 23,00 rispetto ad una media nazionale di € 100,00. Pertanto, si chiede gentilmente il rialzo dell'importo a base d'asta.	PI103150-24	Si confermano i prezzi a base d'asta previsti negli atti di gara.



PI099978-24	<p>LOTTO 19</p> <p>Si chiede per il lotto in questione, data la presenza del device: " Duodenoscopio monouso sterile con sistema di videocamera digitale ad alta risoluzione, capacità di piegatura in quattro direzioni in corrispondenza dell'estremità distale; lungh. Di lavoro 1.240 mm circa; diametro interno del canale operativo 4,2 mm (NB. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito n. 1 controller)" all'interno del lotto per il sistema di colangioscopia monouso, la possibilità di scorporare questa voce dal lotto, così da permettere la partecipazione a più aziende, dato che la descrizione sopra riportata riconduce ad una singola azienda e non permette di rispondere per intero al lotto e di conseguenza non permette la partecipazione.</p>	PI103151-24	Si conferma quanto previsto negli atti di gara.
-------------	---	-------------	---



PI098748-24	Si chiede di confermare che il prezzo medio richiesto, sarà utilizzato al solo fine dell'assegnazione del punteggio economico, mentre il prezzo unitario di ogni singolo prodotto riportato nell'allegato A.6 sarà quello utilizzato per l'acquisto dei prodotti.	PI103152-24	Si conferma.
-------------	---	-------------	--------------



PI099593-24	<p>In riferimento alle caratteristiche tecniche elencate nel Lotto 62 della procedura in oggetto (Polvere emostatica composto di anidride succinica e destrano ossidato. Kit con corpo spray, catetere fr 8 e fiala di polvere), si rende noto che la suddetta descrizione identifica una produzione ben precisa rendendo impossibile la partecipazione alla gara a tutti gli OO.EE. Pertanto, si richiede di essere autorizzati ufficialmente ad offrire un prodotto equivalente a quello da voi richiesto per funzionalità e finalità d'uso, nel rispetto del principio di equivalenza sancito dall' art. 79 del D. Lgs 36/2023. Nello specifico, chiediamo di poter offrire una polvere emostatica a base di polisaccaride composta da microparticelle (45-100 nm) microporose di polimero ultraidrofilico modificato derivato da amido purificato vegetale a basso contenuto di potassio e zolfo.</p>	PI103156-24	Si conferma quanto richiesto.
-------------	---	-------------	-------------------------------



PI099240-24	<p>IN RIFERIMENTO ALLA VS. RICHIESTA DI CAMPIONATURA SIAMO CON LA PRESENTE A RICHIEDERVI LA POSSIBILITA' , VISTO I COSTI ELEVATI DEI PRESIDI, DI PRESENTARE CAMPIONATURA PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO OVVERO: DOVENDO PARTECIPARE A DIVERSI LOTTI : ES. PROTESI METALLICHE, E' POSSIBILE PRESENTARE UN SOLO CAMPIONE PER PIU' LOTTI?</p> <p>O IN ALTERNATIVA PRESENTARE LA CAMPIONATURA OBBLIGATORIAMENTE SOLO PER PRESIDI CHE HANNO UN COSTO NON SUPERIORE AD €. 1000,00. INOLTRE SI CHIEDE LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE CAMPIONATURA NON STERILE .</p>	PI103157-24	<p>Per il lotti 49 , 50, 51, 52, 53, 74 e 75 la campionatura potrà essere presentata con singolo campione per ogni distretto anatomico interessato/i: es. esofagee, enterocoliche e duodenali, gastriche. Si chiarisce che il confezionamento della campionatura dovrà essere il medesimo e con le stesse caratteristiche di quello che viene fornito all'atto dell'acquisto.</p>
-------------	--	-------------	---



PI099273-24	Per il lotto n. 47 "Cannula Spray monouso per cromoendoscopia con punta metallica diam. 2.4 mm di lunghezza adatta per gastroscopio (circa 180 cm) e colonscopio (230 cm) con foro singolo radiale, getto standard e/o spray, autoclavabile con attacco Luer Lock" si chiede se il prodotto deve essere "monouso" o "autoclavabile" (poliuso); per i lotti n. 34, 35, 36 e 37 si chiede di specificare le dimensioni dei prodotti richiesti (lunghezza, diametro, ecc. ecc.).	PI103159-24	Trattasi di refuso, si intende "autoclavabile o monouso" Pinze misure variabili da 160 a 240 cm, con diametro variabile da 2 a 3,7 mm.
PI099280-24	In relazione al quesito già inviato Registro di sistema Bando: PI095895-24, rileggendo meglio la descrizione del prodotto del lotto n. 47, realizziamo che viene richiesto un prodotto monouso. Ad ogni modo, si chiede conferma.	PI103161-24	Trattasi di refuso, si intende "autoclavabile o monouso".



PI099867-24	In merito alla campionatura, chiediamo di poter consegnare campionatura sterile in confezione primaria di vendita visto che la medesima riporta l'etichetta completa di tutte le informazioni di legge e la confezione secondaria consta di un box con la medesima etichetta e la sola aggiunta del numero di pezzi in confezione sterile primaria in essa contenuti (le dimensioni per un campione diventerebbero inutilmente esagerate).	PI103162-24	Si conferma quanto richiesto.
-------------	--	-------------	-------------------------------



PI099792-24	<p>Relativamente ai lotti 1 e 2 si formulano le seguenti richieste di chiarimento:</p> <p>CHIARIMENTO 1 Lotto 1 sesto riferimento e Lotto 2 quinto riferimento: "Catetere a palloncino per dilatazione biliare da 4 cm e 6 cm" :chiediamo se si intendesse 4 mm e 6 mm per le misure.</p> <p>CHIARIMENTO 2 Lotto 1 decimo riferimento e lotto 2 nono riferimento: "Guide da 0.025 con doppia punta idrofila una da 5 cm e una da 10 cm": non esistono a nostra conoscenza guide con tali caratteristiche, le guide da 0.025, presenti sul mercato, sono dotate di una sola punta idrofilica, si chiede, pertanto, conferma che si sia trattato di un errore.</p>	PI103163-24	<p>Trattasi di refuso:1. deve intendersi da 4 mm e 6 mm.2. deve intendersi con singola punta idrofila.</p>
-------------	--	-------------	--