



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A/SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DEL CONTENITORE PRIMARIO MONOUSO PER CAMPIONI ISTOLOGICI PRE-CARICATI CON FORMALINA AL 4 % E CONTENITORE SECONDARIO DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO

ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

FORNITURA DEL CONTENITORE PRIMARIO MONOUSO PER CAMPIONI ISTOLOGICI PRE-CARICATI CON FORMALINA AL 4 % E CONTENITORE SECONDARIO DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO

- Si richiede l'acquisto di contenitori primari:
- Numero pezzi 5000 da 20 ML
- Numero pezzi 2100 da 60 ML
- Numero pezzi 3000 da 90 ML

Con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Contenitore per la gestione in sicurezza del campione biotico istologico con capacità da 20-60-90 ML (+ - 5 ML)
- Precaricato con formalina al 4 % in soluzione acquosa (Formalina in soluzione al 10 %).
Nel tappo che entra a contatto con il materiale biotico dopo attivazione a pressione da parte dell'operatore senza che vi sia inalazione da parte dell'utilizzatore.
- Dotato di membrana che eviti passaggi accidentali del materiale all'esterno.
- Dotato di griglia di protezione microforata che eviti il sequestro del materiale biotico nel tappo del contenitore.
- Rispetti le normative di sicurezza degli operatori esposti a manipolazione di sostanze tossiche, cancerogene e mutagene (Reg. Comm. Europea N 605/14).
- Sterile e con scadenza almeno a 24 mesi, con eventuale scaglionamento dei prodotti.

- Si richiede l'acquisto di contenitori secondari per il trasporto dei contenitori primari
CND W0502199:

Con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Contenitore secondario con maniglia e chiusura ermetica

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretti n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A/SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DEL CONTENITORE PRIMARIO MONOUSO PER CAMPIONI ISTOLOGICI PRE-CARICATI CON FORMALINA AL 4 % E CONTENITORE SECONDARIO DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO

- In prolipropilene con supporto assorbente
- Supporto per porta provette, 2 contenitori da 20 ML, 1 contenitore da 60 ML e 1 per contenitori da 90 ML

FABBISOGNO ANNUALE

SI RICHIEDE LA CAMPIONATURA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'ACQUISTO PER VALUTAZIONE PRODOTTO, TALE CAMPIONATURA NON SARA' RESTITUITA.

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it