



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTO DI STIMOLAZIONE CEREBRALE PROFONDA DA DESTINARE ALLA U.O.C. NEUROCHIRURGIA DELL' A.O.R.N. MOSCATI DI AVELLINO

ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTO DI STIMOLAZIONE CEREBRALE PROFONDA DA DESTINARE ALLA U.O.C. NEUROCHIRURGIA DELL' A.O.R.N. MOSCATI DI AVELLINO

1. Caratteristiche essenziali

IMPIANTO TIPO DI STIMOLAZIONE CEREBRALE PROFONDA costituito da:

- N° 2 Elettrocateri direzionali;
- N° 1 Neurostimolatore non ricaricabile a doppio canale con software di rilevamento segnali cerebrali per ottimizzazione terapia paziente parkinsoniano;
- N° 2 Estensioni DBS;
- N° 2 Tappi cranici impiantabili;
- N° 1 Tunnellizzatore;
- N° 1 Telecomando paziente

STRUMENTAZIONE:

- Sistema di monitoraggio neurofisiologico e microguida per posizionamento elettrocateri

MATERIALE DI CONSUMO

- La fornitura deve essere omnicomprensiva di tutto il materiale di consumo necessario all'intervento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo es. cannule, microelettrodi, viti, sonde, ecc.)

La fornitura deve essere comprensiva di sistema stereotassico frameless per posizionamento degli elettrodi, compatibile con Neuronavigatore marca Medtronic mod. STEALTHSTATION 8 in dotazione alla S.O. di Neurochirurgia

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it



Le verifiche di sicurezza ed il relativo collaudo del sistema saranno a cura del fornitore in contraddittorio con il Responsabile Sanitario della U.O.C. Neurochirurgia, in quanto i dispositivi richiesti saranno utilizzati esclusivamente per intervento in parola.

2. Questionario tecnico

Descrivere in modo puntuale tutti i requisiti di minima sopra indicati, riportando le soluzioni proposte per ogni punto;

Al fine della valutazione, dovranno essere fornite:

- Schede Tecniche dei prodotti Offerti;
- Manuali d'uso;
- Marcatura CE;
- Dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia (es. Regolamento 2017/745 e s.m.i., ecc.);
- Rispondenza alle norme tecniche di settore applicabili (es. CEI EN 60601 – 1, ecc.)

1. Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda dovrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.
2. Le opzioni e gli accessori specificamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterrà di includere a completamento dell'offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L'Azienda si riserva di utilizzare queste informazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione equivalente;
3. La configurazione offerta dovrà essere dettagliata con l'indicazione puntuale di ogni codice del Produttore costituenti i bene/ sistema.
4. Le risposte al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica, puntualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovrà essere facilmente riscontrabile nell'ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o del documento corrispondente.

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it