

# ALLEGATO B1 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE	
U.O. UNITA' FEGATO	
ANTENNE A MICROONDE MW SINDOLE A 2.450 MHZ	
(1) caratteristiche e prestazioni essenziali richieste	
<p><b>N. 60 ANTENNE A MICROONDE MW SINGOLE A 2.450 MHZ</b> per l'ablazione di metastasi epatiche in sala operatoria con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lunghezze varie (15 cm, 20 cm);</li><li>• Porzione radiante di circa 3 cm;</li><li>• Calibro massimo di 13G;</li><li>• Corpo unico in fibra di vetro con irrigiditore interno in acciaio da consentire la circolazione della fisiologica;</li></ul> <p>A fronte delle antenne dovrà essere fornito in service, comprensivo di manutenzione full risk per tutta la durata della fornitura un <b>GENERATORE A MICROONDE PER TERMOABLAZIONE</b> avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di facile utilizzo;</li><li>- dimensione e peso contenute;</li><li>- dotato di accurato monitoraggio dei parametri di ablazione;</li><li>- completo di carrello dedicato con trasformatore d'isolamento;</li><li>- pompa peristaltica e accessori per il corretto utilizzo;</li><li>- deve garantire il controllo contemporaneo del campo magnetico, termico e lunghezza d'onda, gestione della potenza e lunghezza d'onda da 2.450 MHZ;</li><li>- dotato di adeguati sistemi di allarme;</li></ul> <p>Eventuale prova pratica su richiesta dell'Amministrazione</p>	
(2) opzioni ed accessori (per entrambi i sistemi)	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Quotazione analitica di strumenti opzionali</li><li>• Descrizione e quotazione analitica di eventuali altri moduli implementabili</li><li>• Quotazione analitica di tutti gli accessori usurabili e/o consumabili</li><li>• Somministrazione su richiesta della Stazione Appaltante</li></ul>	
(3) questionario tecnico	
Specificare	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lunghezza</li><li>2. Porzione radiante</li><li>3. Calibro</li><li>4. Corpo antenna</li><li>5. Caratteristiche puntuali richieste del generatore</li></ol>	

- 1) Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.
- 2) Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterrà di includere a completamento dell'offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L'Azienda si riserva di utilizzare queste informazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione equivalente.
- 3) La configurazione offerta dovrà essere dettagliata con l'indicazione puntuale di ogni codice del Produttore costituenti il bene/sistema
- 4) La risposta al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica, puntualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovrà essere facilmente riscontrabile nell'ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o del documento corrispondente