

TABELLA RICHIESTA						
Lotto 1 - SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLIPROPILENE MONTATA SU AGHI IN LEGA DI RENIO-TUNGSTENO CND H010201020201						
Rif.	Tipologia ago	Curvatura	Lunghezza ago (mm)	Calibro	Lunghezza filo (cm)	Fabbisogno annuale
1	Cilindrico doppio armato ad elevata resistenza per coronarie calcifiche	3/8 cerchio	8	8-0	60	468
2	Cilindrico doppio armato ad elevata resistenza per coronarie calcifiche	3/8 cerchio	9,3	7-0	75	720
3	Cilindrico doppio armato ad elevata resistenza per coronarie calcifiche	1/2 cerchio	13	6-0	75	540
	Totale base d'asta				€ 32.306,40	
TABELLA RICHIESTA						
Lotto 2 - SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLIPROPILENE MONTATA SU AGHI IN LEGA DI ACCIAIO CND H010201020201						
Rif.	Tipologia ago	Curvatura	Lunghezza ago (mm)	Calibro	Lunghezza filo (cm)	Fabbisogno annuale
1	Cilindrico doppio armato ad elevata resistenza per coronarie calcifiche	3/8 cerchio	8	8-0	60	360
2	Cilindrico doppio armato ad elevata resistenza per coronarie calcifiche	3/8 cerchio	9,3	7-0	75	360
	Totale a base d'asta				€ 9.720,00	
TABELLA RICHIESTA						
Lotto 3 - SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE INTRECCIATO E RIVESTITO IN POLIBUTILATO-kit per chirurgia valvolare composto da 8/10 fili in due colori (bianchi e non colorati) con pledgets						
Rif.	Tipologia ago	Curvatura	Lunghezza ago (mm)	Calibro	Lunghezza filo (cm)	Fabbisogno annuale
1	Cilindrico punta triangolare doppio armato	1/2 cerchio	17	2-0	75 cm con pledget 3x6/7 mm	180
2	Cilindrico punta triangolare doppio armato	1/2 cerchio	17	2-0	75 cm con pledget 3x3 mm	1800
3	Cilindrico punta triangolare doppio armato	1/2 cerchio	17	2-0	75 cm con pledget soft 3x3 mm	1200
4	Cilindrico doppio armato	1/2 cerchio	22	2-0	75 cm con pledget 3x6/7 mm	900
5	Cilindrico punta triangolare doppio armato	1/2 cerchio	26	2-0	75 cm con pledget 3x6/7 mm	1200
	Totale a base d'asta				€ 57.450,00	
TABELLA RICHIESTA						

Lotto 4 – CERA PER OSSA			
Rif.	Tipologia ago	Fabbisogno annuale	
1	Bustina da 2,5 grammi circa	2500	
	Totale a base d'asta		€ 7.750,00

Quantitativi

I quantitativi presunti annui sono espressi in numero di fili e sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati alle circostanze cliniche non prevedibili, per cui la Ditta aggiudicataria dovrà fornire, in contratto di somministrazione solo quanto richiesto.

Caratteristiche tecniche

I dispositivi offerti, oltre alle caratteristiche individuate per ciascun prodotto, devono essere conformi ai requisiti prescritti da leggi e regolamenti vigenti in materia all'atto della fornitura.

Pertanto, devono essere provvisti di marcatura Ce, essere sterili, monouso, apirogeni e atossici secondo quando riportato dalla Farmacopea Ufficiale Italiana, dalla Farmacopea Europea e dalle vigenti leggi vigenti in materia di dispositivi medici impiantabili.

Aghi

Gli aghi montati su fili dovranno essere in acciaio chirurgico e/o in lega di renio-tungsteno. Dovranno assicurare lata penetrazione, massima resistenza, duttilità in relazione alla tecnica dei tessuti da attraversare. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire il minimo trauma al passaggio dell'ago attraverso i tessuti e ridurre al minimo i sanguinamenti dovuti al passaggio dello stesso.

Le dimensioni e la tipologia (curvatura e punta) dovranno corrispondere a quanto richiesto.

Per lunghezza di tali aghi sono ammessi i seguenti intervalli di tolleranza:

- Per aghi ≤ 10 +/- 1 mm
- Per aghi compresi tra 11 mm e 20 mm +/- 2 mm
- Per aghi compresi tra 21 mm e 30 mm +/- 3 mm

Gli aghi non rispondenti alla curvatura, corpo, punta e lunghezza richiesti e non in conformità alle tolleranze sopra indicate, non saranno valutati e pertanto le relative offerte saranno considerati non conformi.

Si precisa che per le lunghezze dei fili la tolleranza è di +/- 5 cm