ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

FORNITURA DI TUBI ENDOTRACHEALI NON CUFFIATI NON ARMATI DA DESTINARE ALLA U.O.C. PATOLOGIA NEONATALE DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

Acquisto di:

- **N. 100 Tubi Endotracheali non cuffiati non armati nella misura 2 mm;**
- **N. 200 Tubi Endotracheali non cuffiati non armati nella misura 2,5 mm;**
- **N. 200 Tubi Endotracheali non cuffiati non armati nella misura 3 mm;**
- **N. 200 Tubi Endotracheali non cuffiati non armati nella misura 3,5 mm.**

Tubi endotracheali di Magil non cuffiati, sterili in pvc siliconato, con occhio di Murphy, valvola per siringa, graduato, con linea radiopaca su tutta la lunghezza dotato di anello di repere per il controllo della profondità di intubazione. I tubi devono essere latex free e privi di ftalati.