



ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

FORNITURA DEL DISPOSITIVO MEDICO ATOMIZZATORE NASALE DA DESTINARE ALL'U.O.C PEDIATRIA DELL'AORN S.G. MOSCATI DI AVELLINO- AFFIDAMENTO DIRETTO

- **N ° 500 ATOMIZZATORE NASALE CND R060101.**

FABBISOGNO ANNUO

Il Dispositivo Medico richiesto trova indicazioni nella nebulizzazione di farmaci endonasali, al fine di ottenere un rapido assorbimento senza ricorrere alla via endovenosa.

Il Dispositivo Medico monouso è richiesto con le seguenti caratteristiche:

- **In grado di nebulizzare particelle di micron 30-100.**
- **Connettore Luer lock femmina, compatibile con tutte le siringhe con connettore luer;**
- **Siringa graduata 3 ml che permette di quantificare la dose somministrata;**
- **Adattatore nasale realizzato in materiale morbido;**
- **Punta mobile orientabile, che permette di atomizzare il farmaco in alto, in basso e di lato da poter inserire ed adattare alle cavità nasali del bambino;**
- **Privo di lattice e ftalati;**
- **I dispositivi in oggetto devono essere dotati di marchio CE e registrazione ministeriale RDM.**