



Allegato b – caratteristiche della fornitura

- N. 600 test per la caratterizzazione della variante genetica A313G del gene GSTP1, quale presunto fabbisogno biennale.
- I dispositivi medici diagnostici in vitro richiesti sono utilizzati per la valutazione dei polimorfismi del gene GSTP1 che possono impattare in maniera negativa alla somministrazione di antitumorali a base di platino.