



FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SANITARIE

U.O.C. di Urologia

Acquisto N.1500 guaine monouso con set per cistoscopia flessibile in comodato d'uso gratuito della durata di 3 anni

(1) Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste

Strumento operativo flessibile

1. N.1 strumento operativo flessibile, con le seguenti caratteristiche:
2. Lunghezza: almeno 370mm.
3. Campo visivo: 120° (aria) - 87° (in acqua).
4. Direzione di visione: in avanti.
5. Angolazione: di almeno 210° verso l'alto/125° verso il basso.

Guaine

6. N. 1500 guaine monouso per cistoscopia flessibile operativa dedicate, volte a soddisfare un fabbisogno triennale, con le seguenti caratteristiche:
7. Guaina sterile monouso con canale operativo integrato da 2.1 mm per l'utilizzo di pinze per biopsia, asportazione di stent ureterali.

Ulteriori caratteristiche

8. Lo strumento con guaina monouso inserita non deve superare il diametro di 17Fr.
9. Compatibilità dello strumentario con la telecamera della colonna Olympus EXERA 3 EVIS ed Olympus EXERA 2 oppure deve essere corredato da workstation (ovvero stazione di lavoro compatibile, con carrello dotato di rotelle piroettanti, con il cistoscopio sopra indicato).
10. Sistema workstation, strumentario operativo e tutto quanto necessario al corretto e sicuro utilizzo dell'apparecchiatura in comodato d'uso gratuito.

Si richiede prova pratica obbligatoria da concordare con il Servizio di Ingegneria Clinica.



(2) Questionario tecnico

Descrivere dettagliatamente tutte le caratteristiche richieste nella sezione (1) con chiara indicazione della corrispondenza nel manuale d'uso e scheda tecnica. Nello specifico:

Strumento operativo flessibile

1. Descrivere lo strumento operativo flessibile offerto.
2. Indicare la lunghezza in [mm].
3. Indicare il campo visivo in [°] sia in aria che in acqua.
4. Indicare la direzione di visione.
5. Indicare l'angolazione verso l'alto e verso il basso in [°].

Guaine

6. Descrivere le guaine monouso per cistoscopia flessibile operativa dedicate offerte.
7. Indicare se la guaina sterile monouso ha canale operativo integrato da 2.1 mm per l'utilizzo di pinze per biopsia, asportazione di stent ureterali.

Ulteriori caratteristiche

8. Indicare il diametro dello strumento con guaina monouso inserita in [Fr].
9. Indicare la compatibilità dello strumentario con la telecamera della colonna Olympus EXERA 3 EVIS ed Olympus EXERA 2 oppure indicare che la fornitura è corredata da workstation (ovvero stazione di lavoro compatibile con carrello dotato di rotelle piroettanti, con cistoscopio sopra indicato).
10. Indicare se il sistema workstation, strumentario operativo e tutto quanto necessario al corretto e sicuro utilizzo dell'apparecchiatura è in comodato d'uso gratuito.

1. Prestazioni sostanzialmente differenti, in senso peggiorativo, rispetto ai requisiti richiesti, comporteranno l'esclusione dalla gara per ragioni tecniche. I valori numerici riportati in tale sezione sono da considerarsi in termini indicativi e non puntuali, nel senso che questa Azienda potrà considerare ammissibili, a sua discrezione, valori marginalmente diversi da quelli richiesti.
2. Le opzioni e gli accessori specificatamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterrà di includere a completamento dell'offerta dovranno essere descritti e quotati singolarmente. L'Azienda si riserva di utilizzare queste informazioni sia nella formulazione del giudizio qualitativo che nella definizione economica della configurazione equivalente.



- 3.** La configurazione offerta dovrà essere dettagliata con l'indicazione puntuale di ogni codice del Produttore costituenti il bene/sistema
- 4.** La risposta al questionario tecnico dovranno essere rese nel medesimo ordine della presente scheda tecnica, puntualmente comprovata da idonee attestazioni del Produttore e la dichiarazione resa dovrà essere facilmente riscontrabile nell'ambito delle schede tecniche a corredo, indicando il riferimento della pagina o del documento corrispondente.