ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

FORNITURA DI DPI ANTI-X PER LA U.O.C GASTROENTEROLOGIA, U.O.S.D. RADIOLOGIA INTERVENTISTICA BODY, U.O.C. RADIOTERAPIA E U.O.C NEURORADIOLOGIA DELL' A.O.R.N. MOSCATI DI AVELLINO -AFFIDAMENTO DIRETTO

SI RICHIEDE L'ACQUISTO DI:

- N. **15 PAIA DI OCCHIALI**, CON SPESSORE 0.50 MM PB EQ, ANALLERGICO, IN CONFORMITÀ DELLE NORME VIGENTI, REGOLABILI, MONTATURA ULTRARESISTENTE ED ULTRALEGGERA (MAX 80 GR), SOVRAPPONIBILI AD OCCHIALI DA VISTA, COMPLETI DI ASTUCCIO E CINTURINO;

- N. **17 COLLARI** ANTI X PER LA PROTEZIONE DELLA TIROIDE E PARATIROIDI, IDENTIFICATO IN COLLARE ANTI X DI PIOMBO EQUIVALENTE CON SPESSORE PARI A ALMENO 0.35 MM;

- N**. 16 CORPETTI**, CON DUE LEMBI SOVRAPPOSTI PER TUTTA LA PARTE FRONTALE, CHE DETERMINA PROTEZIONE TOTALE NEL RANGE COMPRESO TRA 80 – 120 KV, DISINFETTABILE (ZEROLEAD 0.35 MM PB)

  TAGLIE:
  - 1 CORPETTO TAGLIA S;
  - 4 CORPETTI TAGLIA M;
  - 4 CORPETTI TAGLIA L;
  - 4 CORPETTI TAGLIA XL;
  - 3 CORPETTI TAGLIA XXL
  -

- N. **16 GONNELLE**, CON CINTURA REGOLABILE IN VITA, DISINFETTABILE, DOTATE DI BORDI ANTI STRAPPO, CON PROTEZIONE COMPLETA DELLA PARTE FRONTALE E CHE DETERMINA PROTEZIONE TOTALE NEL RANGE COMPRESO TRA 80 – 120 KV, DI SPESSORE DI PB EQ PARI AD ALMENO 0.50 MM (ZEROLEAD 0.35 MM PB)

  TAGLIE:

  - 1 CORPETTO TAGLIA S;
  - 4 GONNELLE TAGLIA M;
  - 4 GONNELLE TAGLIA L;
  - 4 GONNELLE TAGLIA XL;
  - 3 GONNELLE TAGLIA XXL.

- N. **200 CONFEZIONI DI GUANTI ANTI – X** MONOUSO, PER PROCEDURE CHIRURGICHECON L'UTILIZZO DI RADIAZIONI IONIZZANTI DI TIPO X, ATTENUAZIONE DEI RAGGI X A 90 KV NON INFERIORE AL 30%, CON SPESSORE DI PB EQ PARI ALMENO A 0.18 MM. VARIE TAGLIE

SI PRECISA CHE I DPI DEVONO ESSERE CERTIFICATI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI E CONFORMI AI REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA.