



CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA AD UN EVENTUALE “AFFIDAMENTO DIRETTO” MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE’ DELL’ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA DI CVC LONG-TERM PER EMODIALISI, SISTEMI DI ANCORAGGIO E KIT MICROPUNTURA.

Caratteristiche Tecniche della Fornitura

<p>Oggetto della fornitura e caratteristiche</p>	<p>Si richiede l’approvvigionamento di:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>n. 30 cateteri split stream 14 F x 24 cm, doppio lume, a tunnellizzazione retrograda e con mandrino (SST24SE);</u>• <u>n. 30 cateteri split stream 14 F x 28 cm, doppio lume, a tunnellizzazione retrograda e con mandrino (SST28SE);</u>• <u>n. 20 cateteri tesio 10 F x 52 cm, catetere doppio approccio lato sinistro, a tunnellizzazione retrograda e con mandrino (cuffia arteriosa 27 cm, venosa 30 cm) (BFL-6SE);</u>• <u>n. 20 cateteri tesio 10 F x 52 cm, catetere doppio approccio lato destro per pazienti magri, a tunnellizzazione retrograda e con mandrino (cuffia arteriosa 18 cm, venosa 21 cm) (BFS-6SE);</u>• <u>n. 10 cateteri tesio 10 F x 52 cm, catetere doppio approccio lato destro, a tunnellizzazione retrograda e con mandrino (cuffia arteriosa 22 cm, venosa 25 cm) (BFR1070KD-S);</u>• <u>n. 5 cateteri tesio 10 F x 70 cm, catetere doppio per femorale, a tunnellizzazione retrograda e con mandrino (cuffia arteriosa 46 cm, venosa 50 cm) (BFR-6SE);</u>• <u>n. 15 cateteri arrow-clark vectoflow 15 F x 19 cm, doppio lume, a tunnellizzazione retrograda e con punta simmetrica (CS-15192-VFE);</u>• <u>n. 15 cateteri arrow-clark vectoflow 15 F x 23 cm, doppio lume, a tunnellizzazione retrograda e con punta simmetrica (CS-15232-VFE);</u>• <u>n. 10 cateteri arrow-clark vectoflow 15 F x 42 cm, doppio lume, a tunnellizzazione retrograda e con punta simmetrica (CS-15422-VFE);</u>• <u>n. 15 cateteri arrow-clark vectoflow 15 F x 55 cm, doppio lume, a tunnellizzazione retrograda e con punta simmetrica (CS-15552-VFE);</u>• <u>n. 150 kit da micropuntura (micro-stick) (MR 190421);</u>• <u>n. 100 sistemi di ancoraggio per CVC (SecurAcath) (Kit 400180).</u> <p>Il fabbisogno espresso è annuale.</p>
<p>***</p>	<p>Si specifica che per i prodotti richiesti è stata fornita dichiarazione di infungibilità. La UOC competente, Acquisizione Beni e Servizi, in ossequio al Regolamento Aziendale concernente l’acquisto di beni e servizi in regime d’infungibilità, ha l’onere di accertare la disponibilità o meno di beni e/o servizi con caratteristiche che garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali.</p>
<p>Durata della Fornitura</p>	<p>12 o 24 mesi.</p>