



**FORNITURA DI ENDOPROTESI ESOFAGEE DA DESTINARE AL
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA
DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI**

Allegato B – Caratteristiche Tecniche della Fornitura

ACQUISTO DI:

- N. 1 ENDOPROTESI ESOFAGEA DIAMETRO 20 MM (APPROSSIMAZIONE +/- 1 MM), DIAMETRO TESTE 26 MM (APPROSSIMAZIONE +/- 1 MM), LUNGHEZZA 100 MM;
- N. 2 ENDOPROTESI ESOFAGEE DIAMETRO 20 MM (APPROSSIMAZIONE +/- 1 MM), DIAMETRO TESTE 26 MM (APPROSSIMAZIONE +/- 1 MM), LUNGHEZZA 120 MM.

LE ENDOPROTESI DEVONO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- COSTITUITE DA MAGLIA MONOFILAMENTO IN NITINOL AUTOESPANDIBILE;
- RICOPERTE COMPLETAMENTE IN SILICONE;
- RIMOVIBILI;
- AVERE IN DOTAZIONE UN INTRODUTTORE TTS (THROUGH THE SCOPE) CON POSSIBILITA' DI RECUPERO DELLE PROTESI NELL'INTRODOTTORE;
- MONOUSO;
- STERILI;
- LATEX FREE

CND P0501

FABBISOGNO UNA TANTUM.